



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОТОП РК"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 01-МС 19 4245

Действительно до
«18» августа 2020 г.

Средство измерений Дозиметр-радиометр персональный МКС-03СА
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер
рег. № 44593-10

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 2705

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено В полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений:

в соответствии с СНЖА.412152.003РЭ, раздел 5

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.ВОЯ.0001.2014, 3.2.ВОЯ.0004.2014

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Темп., °С	Влажность, %	Атм. давл., кПа	МАЭД, мКЗв/ч
20,4	47,5	99,2	0,15

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной (периодической)** поверки признано пригодным к применению.



Руководитель МС

Должность руководителя подраздела
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Подпись
Подпись

фамилия, имя и отчество (при наличии)

В.В. Захаров

фамилия, имя и отчество (при наличии)

В.С. Комлев

Дата поверки «19» августа 2019 г.

Бланк № 4 2 4 5



ООО «ИЗОТОП РК» аккредитовано в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 28.07.2016. Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00047.2013.

ул. Большая Серпуховская дом 44, этаж 3, пом. I, ком. 33, оф. 1, г. Москва, 115093, Россия
тел./факс: 8 (499) 141-32-90, 8 (499) 141-33-54, 8(495) 765-03-56
e-mail: info@izotoprk.ru, www.izotoprk.ru